

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG, Lindenstraße 11, 07426 Königsee-Rottenbach

Analysenzertifikat

Bezeichnung:	Ethanol 70 % (V/V) Hofmann's (100 ml, 200 ml)
Zul.-Nr.	1999.99.99
Ch.-B.:	540516
Verwendbar bis:	05.2019
Herstellungsdatum:	12.05.2016 bis 20.05.2016
Datum der Prüfung:	13.05.2016 bis 20.05.2016
Prüfanweisung Nr.:	K-0114, aktuelle Version

Qualitätsmerkmal	Spezifikation (Toleranzen, Anforderungen)	Ergebnisse
Aussehen	klare, farblose Lösung	klare, farblose Lösung
Geruch	charakteristisch	charakteristisch
Identität	Prüfung entspricht	Prüfung entspricht
Relative Dichte	0,885 bis 0,889	0,8854
Gehalt Wasser	36,5 bis 38,6 % (m/m)	36,9 % (m/m)
Gehalt Ethanol	61,4 bis 63,5 % (m/m)	63,1 % (m/m)
Inhaltsmenge	100,0 ± 4,5 ml Durchschnittliche Inhaltsmenge: Mindestens 100,0 ml	entspricht 100,55 ml
Inhaltsmenge	200,0 ± 9,0 ml Durchschnittliche Inhaltsmenge: Mindestens 100,0 ml	entspricht 200,66 ml

Hiermit wird bescheinigt, dass obiges Produkt nach den anerkannten pharmazeutischen Regeln hergestellt und geprüft wurde und der vorgegebenen Spezifikation zum Zeitpunkt der Freigabe entspricht.

Königsee, 20.05.2016
Ort, Datum


Dr. E.-J. Strätling
Sachkundige Person, § 14 AMG