

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG, Lindenstraße 11, 07426 Königsee-Rottenbach

Analysenzertifikat

Bezeichnung: Isopropylalkohol 70 % (V/V) Hofmann's (500 ml)
Zul.-Nr. 1599.98.99
Ch.-B.: 1080418
Verwendbar bis: 04.2021
Herstellungsdatum: 17.04.2018 bis 19.04.2018
Datum der Prüfung: 17.04.2018 bis 15.05.2018
Prüfanweisung Nr.: K-0164, aktuelle Version

Qualitätsmerkmal	Spezifikation (Toleranzen, Anforderungen)	Ergebnisse
Aussehen	klare, farblose Lösung	klare, farblose Lösung
Geruch	charakteristisch	charakteristisch
Identität	Prüfung entspricht	Prüfung entspricht
Relative Dichte	0,875 bis 0,878	0,877
Gehalt Wasser	36,2 bis 38,3 % (m/m)	37,7 % (m/m)
Gehalt 2-Propanol	61,7 bis 63,8 % (m/m)	62,3 % (m/m)
Inhaltsmenge	500,0 ± 15 ml Durchschnittliche Inhaltsmenge: Mindestens 500,0 ml	entspricht 502,1 ml

Hiermit wird bescheinigt, dass obiges Produkt nach den anerkannten pharmazeutischen Regeln hergestellt und geprüft wurde und der vorgegebenen Spezifikation zum Zeitpunkt der Freigabe entspricht.

Königsee, 15.05.2018
Ort, Datum


Dr. E.-J. Strätling
Sachkundige Person, § 14 AMG